

**Konformitätserklärung**  
**Declaration of conformity**

**Hersteller / Manufacturer:** pfm medical mepro gmbh  
 Am Söterberg 4, 66620 Nonnweiler, Germany

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass  
 We declare under our sole responsibility that

**das Medizinprodukt** Redon-Drain  
**the medical device** Redon-Drain

---

<b>REF:</b>	20000	20001	20002	20003	20004	20005	20006
	20020	20021	20022	20023	20024	20025	20026
	20027	20067	20068	20087	20091	20092	20093
	20094	20097	20861	20862	20863	20864	20865
	20866	20871	20872	20873	20874	20875	20876

**UMDNS Bezeichnung, (UMDNS Code)** Drainage, Wunde (11305)  
**UMDNS description, (UMDNS Code)** Drains, Wound (11305)  
**GMDNS description, (GMDN Code)** Closed-wound drain (11305)

**Risikoklasse / Risk Class; Regel / Rule** IIa, 7  
gem./acc. to MDD 93/42/EEC, Annex IX

die Anforderungen der RL für Medizinprodukte 93/42/EWG u. der Ergänzungs-RL 2007/47/EG erfüllt.  
 meets the requirements of the MDD 93/42/EEC as amended by Directive 2007/47/EC .

**Konformitätsbewertungsverfahren** gemäß der RL 93/42/EWG  
**Conformity assessment procedure** acc. to MDD 93/42/EEC

**Anhang / Annex** Anhang II ohne Abs. (4) / Annex II w/o section (4)

**Konformitätsbewertungsstelle** DEKRA Certification GmbH  
**Notified Body** Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart  
**Kennnummer / Identification Number** 0124

**Zertifikat Nr. / Certificate No.** 51133-16-04

**Datum / Date:** 09.06.2021  
**Gültig bis / Expiry date:** 26.05.2024

**Unterschrift / Signature:**

  
**pfm**medical  
 pfm medical mepro gmbh  
 Am Söterberg 4 · 66620 Nonnweiler  
 T +49 (0)6873 9011-0 · F -99  
 www.pfmmedical.com

i. V. Hartmut Simon  
 (Head of Quality Management)