

**CE-DECLARATION OF CONFORMITY  
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir, die Firma

We, the company

Dr. Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3  
34323 Malsfeld  
Germany  
SRN: DE-MF-000007445

erklären in eigener Verantwortung, dass das/die  
Medizinprodukt(e):

hereby declare in our own responsibility that the medical  
device(s):

**ULTRASOL OXY**

BASIC-UDI-DI: 42600686200270HG  
00-270-020; 00-270-OSEB120 (WIPES);  
00-270-T108 (WIPES)

**ULTRASOL OXY**

BASIC-UDI-DI: 42600686200270HG  
00-270-020; 00-270-OSEB120 (WIPES);  
00-270-T108 (WIPES)

mit den Anforderungen der folgenden Verordnung  
übereinstimmt(en):  
*Verordnung(EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des  
Rates über Medizinprodukte*

is/are in compliance with the following regulation:  
*Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the  
Council on medical devices*

**Zweckbestimmung:**

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem,  
medizinischem Inventar und Flächen aller Art.  
Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht-invasiven  
Medizinprodukten.

**Intended Use:**

Rapid disinfection and cleaning of alcohol-sensitive, medical  
inventory and surfaces of all kinds. Rapid disinfection and  
cleaning of non-invasive medical devices.

**Konformitätsverfahren**

nach Anhang IX  
der oben genannten Verordnung

**Conformity Assessment Procedure**

According to annex IX of the  
Council Regulation named above

**Klassifizierung**

nach Anhang VIII der oben genannten Verordnung:  
Klasse IIa (Regel 16)

**Classification**

according to annex VIII of the Council Regulation named above:  
Class IIa (Rule 16)

**Benannte Stelle:**

Medcert GmbH  
Pilatuspool 2  
20355 Hamburg  
Kennnummer: 0482

**Notified Body:**

Medcert GmbH  
Pilatuspool 2  
20355 Hamburg  
Identification number: 0482

**Spezifikation**

Diese Konformitätserklärung gilt für die jeweils aktuelle interne  
Spezifikation des Produktes

**Specification**

This Declaration of Conformity is based on the valid internal  
specification of the product.

Malsfeld, 16.08.2023

Dr. Harald Büttner  
Person responsible for regulatory compliance  
- on behalf of Dr. Schumacher GmbH -

17.08.2023 11:30:58 / Dr. Harald Büttner / Director Science & Innovation

**Dr. Schumacher GmbH**

Am Roggenfeld 3  
34323 Malsfeld  
Postfach 11 62  
34201 Melsungen  
T +49 5664 9496-0  
F +49 5664 8444  
info@schumacher-online.com

**Geschäftsführung**

Dierk Schumacher  
Dirk Hamenstädt

**Bankverbindung**

Commerzbank Kassel • DE56 5204 0021 0260 3165 00 • COBADEFFXXX  
Volksbank Kassel-Göttingen • DE24 5209 0000 0000 0681 01 • GENODE51KS1  
DZ Bank AG • DE28 3006 0010 0000 2291 12 • GENODEDD

**Rechtliches**

Amtsgericht Fritzlar HRB 11035  
USt-IdNr. DE 113 367 704